



Καλαμάτα 17/9/2021

ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο ΕΟΦ προχωράει σε απόσυρση και διακοπή διάθεσης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος **LACTOTUNE VAGINAL CAPSULES**.

Το προϊόν δεν ενέχει κανένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Η ενέργεια αυτή της εταιρείας οφείλεται αποκλειστικά με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία δεν επιτρέπεται πλέον να περιέχουν βιώσιμους οργανισμούς.

Παρακαλώ όπως ελέγξετε τα αποθέματά σας και προχωρήσετε σε επιστροφή των αποθεμάτων σας από 17/9/2021 έως 29/9/2021.

Με εκτίμηση,

Δ. Ρούτσης

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας